Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт метрологии»

пр. Димитрова, 4, г. Новосибирск, 630004, тел. (383) 210-08-14, факс (383) 210-13-60, E-mail: director@sniim.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 311579 от 15.02.2016.

Третья стр. 4/3

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11.1-715

Действительно до 24.03.2020 г.

Средство измерений Тепловычислитель СПТ943.2
Наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
Рег.№ 28895-05
(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) _____

заводской номер (номера) 11650

поверено в соответствии с описанием типа
Наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с РАЖГ.421412.019 ПМ2
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: См. на обороте.
Наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура: 24.0°С; Влажность: 51%;
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
Давление: 103.6КПа
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки 92948626

Начальник отдела _____ Шейнин Э.М.
подпись

Поверитель _____ Чуркин М.В.
подпись

Дата поверки
24.03.2016 г.

Бланк № 189093

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт метрологии»

пр. Димитрова, 4, г. Новосибирск, 630004, тел. (383) 210-08-14, факс (383) 210-13-60, E-mail: director@sniim.ru
Аттестат аккредитации № 311579 от 15.02.2016

Трошейка 149

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11.2-392

1 в е Действительно до 28.03.2020 г.

Средство измерений Комплект термометров сопротивления из платины технический
Наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
разностный КТПТР-01, 100П, W100=1,3910, кл.1 Рег.№ 46156-10
(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) _____

заводской номер (номера) 4824, 4824А

поверено в соответствии с описанием типа
Наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с ГОСТ Р 8.461-2009и ЕМТК.07.0000.00.ТО.
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: См. на обороте.
Наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура: 25°С; Влажность: 38%;
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
Давление: 101КПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки 90585358



Начальник сектора _____ Бадашов Е.Я.
подпись

Поверитель _____ Кацюк М.А.
подпись

Дата поверки
28.03.2016 г.

Бланк № 190543

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт метрологии»

пр. Димитрова, 4, г. Новосибирск, 630004, тел. (383) 210-08-14, факс (383) 210-13-60, E-mail: director@sniim.ru
Аттестат аккредитации № 311579 от 15.02.2016

Протокол № 148

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11.2-391

Действительно до 28.03.2020 г.

Средство измерений Комплект термометров сопротивления из платины технический
Наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
разностный КТПТР-01, 100П, W100=1,3910, кл.1 Рег.№ 46156-10
(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) _____

заводской номер (номера) 10316, 10316А

поверено в соответствии с описанием типа
Наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с ГОСТ Р 8.461-2009и ЕМТК.07.0000.00.ТО.
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: См. на обороте.
Наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура: 25°С; Влажность: 38%;
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
Давление: 101КПа
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки 90585357

Начальник сектора _____ Бадашов Е.Я.
подпись

Поверитель _____ Кацюк М.А.
подпись

Дата поверки
28.03.2016 г.

Бланк № 190542

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт метрологии»

пр. Димитрова, 4, г. Новосибирск, 630004, тел. (383) 210-08-14, факс (383) 210-13-60, E-mail: director@sniim.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 311579 от 15.02.2016.

Трансмиттер 148

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11.1-704

Тг Действительно до 24.03.2020 г.

Средство измерений Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ Ду.50 Кл.D
Наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Рег.№ 17858-11
(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) _____

заводской номер (номера) 164822

поверено в соответствии с описанием типа
Наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с РБЯК.407111.014 Д5 «Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ. Методика поверки»
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: См. на обороте.
Наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура: 24.0°С; Влажность: 51%;
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

Давление: 103.6КПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки 92948615

Начальник отдела _____ Шейнин Э.М.
подпись

Поверитель _____ Чуркин М.В.
подпись

Дата поверки
24.03.2016 г.

Бланк № 189082

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт метрологии»

пр. Димитрова, 4, г. Новосибирск, 630004, тел. (383) 210-08-14, факс (383) 210-13-60, E-mail: director@sniim.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 311579 от 15.02.2016.

Технолит 148

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11.1-705

Т, Действительно до 24.03.2020 г.

Средство измерений Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ Ду.50 Кл.D
Наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
Рег.№ 17858-11
(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) _____

заводской номер (номера) 166463

поверено в соответствии с описанием типа
Наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с РБЯК.407111.014 Д5 «Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ. Методика поверки»
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: См. на обороте.
Наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура: 24.0°С; Влажность: 51%;
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
Давление: 103.6КПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки 92948616

Начальник отдела _____ Шейнин Э.М.
подпись

Поверитель _____ Чуркин М.В.
подпись

Дата поверки
24.03.2016 г.

Бланк № 189083

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт метрологии»

пр. Димитрова, 4, г. Новосибирск, 630004, тел. (383) 210-08-14, факс (383) 210-13-60, E-mail: director@sniim.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 311579 от 15.02.2016.

Приложение 148

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11.1-706

Действительно до 24.03.2020 г.

Средство измерений Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ Ду32 кл.D
Наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
Рег.№ 17858-11
(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) _____

заводской номер (номера) 287944

поверено в соответствии с описанием типа
Наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с РБЯК.407111.039 МП «Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ. Методика поверки»
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: См. на обороте.
Наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура: 24.0°С; Влажность: 51%;
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
Давление: 103.6КПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки 92948617

Начальник отдела _____ Шейнин Э.М.
подпись

Поверитель _____ Чуркин М.В.
подпись

Дата поверки
24.03.2016 г.

Бланк № 189084

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт метрологии»

пр. Димитрова, 4, г. Новосибирск, 630004, тел. (383) 210-08-14, факс (383) 210-13-60, E-mail: director@sniim.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 311579 от 15.02.2016.

Трошина 149

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11.1-713

Ту Действительно до 24.03.2020 г.

Средство измерений Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ Ду20 кл.D
Наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
Рег.№ 17858-11
(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) _____

заводской номер (номера) 174227

поверено в соответствии с описанием типа
Наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с РБЯК.407111.039 МП «Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ. Методика поверки»
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: См. на обороте.
Наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура: 24.0°С; Влажность: 51%;
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
Давление: 103.6КПа
и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки 92948624

Начальник отдела _____ Шейнин Э.М.
подпись

Поверитель _____ Чуркин М.В.
подпись

Дата поверки
24.03.2016 г.

Бланк № 189091

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное государственное унитарное предприятие
Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт метрологии»

пр. Димитрова, 4, г. Новосибирск, 630004, тел. (383) 210-08-14, факс (383) 210-13-60, E-mail: director@sniim.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 311579 от 15.02.2016.

Трансмиттер 143

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11.1-703

ХВ Действительно до 24.03.2020 г.

Средство измерений Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ Ду.50 Кл.D
Наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Рег.№ 17858-11
(если в составе средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются) _____

заводской номер (номера) 172932

поверено в соответствии с описанием типа
Наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с РБЯК.407111.014 Д5 «Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ. Методика поверки»
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: См. на обороте.
Наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии)), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура: 24.0°С; Влажность: 51%;
Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

Давление: 103.6КПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки 92948614

Начальник отдела _____ Шейнин Э.М.
подпись

Поверитель _____ Чуркин М.В.
подпись

Дата поверки
24.03.2016 г.

Бланк № 189081